

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі	«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Розморожувач плазми крові, код НК 024:2023 - 43434 Розморожувач плазми крові; код НК 031:2024 - Z121703 пристрої для розморожування плазми)» (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-17-006131-a)																												
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреби Замовника з метою здійснення відповідних процедур та для безпечного, швидкого та рівномірного розморожування замороженої плазми та інших компонентів крові перед переливанням пацієнтам, а також для підігріву інших медичних препаратів та реагентів. Він забезпечує контроль температури, рівномірне нагрівання та запобігає перегріву, що допомагає зберегти біологічну активність компонентів крові, таких як фактори згортання та антитіла.</p> <table border="1" data-bbox="711 891 1489 2067"> <thead> <tr> <th data-bbox="711 891 1007 1003">Найменування характеристик та параметрів</th> <th data-bbox="1007 891 1489 1003">Вимоги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="711 1003 1007 1077">Призначення</td> <td data-bbox="1007 1003 1489 1077">Для розморожування та підігріву плазми крові</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1077 1007 1151">Тип розморожування</td> <td data-bbox="1007 1077 1489 1151">Водяний</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1151 1007 1225">Місткість</td> <td data-bbox="1007 1151 1489 1225">Не менше 4 контейнерів об'ємом 450 мл</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1225 1007 1299">Внутрішній об'єм камери</td> <td data-bbox="1007 1225 1489 1299">Не менше 15 літрів</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1299 1007 1373">Температурний діапазон</td> <td data-bbox="1007 1299 1489 1373">Не гірше +20 – + 40 °С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1373 1007 1597">Звукова та візуальна сигналізація про вихід за межі встановленої температури</td> <td data-bbox="1007 1373 1489 1597">Наявність</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1597 1007 1671">Мікропроцесорний контролер</td> <td data-bbox="1007 1597 1489 1671">Наявність</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1671 1007 1744">Матеріал камери</td> <td data-bbox="1007 1671 1489 1744">Нержавіюча сталь</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1744 1007 1818">Функція примусової циркуляції води</td> <td data-bbox="1007 1744 1489 1818">Наявність</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1818 1007 1892">Потужність нагріву</td> <td data-bbox="1007 1818 1489 1892">Не менше 300 Вт</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1892 1007 1966">Дренажна система для зливу води</td> <td data-bbox="1007 1892 1489 1966">Наявність</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1966 1007 2040">Кошик з нержавіючої сталі</td> <td data-bbox="1007 1966 1489 2040">Наявність</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 2040 1007 2067">Вага</td> <td data-bbox="1007 2040 1489 2067">Не більше 15 кг</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Призначення	Для розморожування та підігріву плазми крові	Тип розморожування	Водяний	Місткість	Не менше 4 контейнерів об'ємом 450 мл	Внутрішній об'єм камери	Не менше 15 літрів	Температурний діапазон	Не гірше +20 – + 40 °С	Звукова та візуальна сигналізація про вихід за межі встановленої температури	Наявність	Мікропроцесорний контролер	Наявність	Матеріал камери	Нержавіюча сталь	Функція примусової циркуляції води	Наявність	Потужність нагріву	Не менше 300 Вт	Дренажна система для зливу води	Наявність	Кошик з нержавіючої сталі	Наявність	Вага	Не більше 15 кг
Найменування характеристик та параметрів	Вимоги																													
Призначення	Для розморожування та підігріву плазми крові																													
Тип розморожування	Водяний																													
Місткість	Не менше 4 контейнерів об'ємом 450 мл																													
Внутрішній об'єм камери	Не менше 15 літрів																													
Температурний діапазон	Не гірше +20 – + 40 °С																													
Звукова та візуальна сигналізація про вихід за межі встановленої температури	Наявність																													
Мікропроцесорний контролер	Наявність																													
Матеріал камери	Нержавіюча сталь																													
Функція примусової циркуляції води	Наявність																													
Потужність нагріву	Не менше 300 Вт																													
Дренажна система для зливу води	Наявність																													
Кошик з нержавіючої сталі	Наявність																													
Вага	Не більше 15 кг																													

		Габаритні розміри (Ш x Д x В)	Не більше 390 x 320 x 370 мм
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	<p>Очікувана вартість – 1 штука. Місце поставки: Україна, 20101, Черкаська обл., Уманський р-н., селище Маньківка вул. Шпитальна, будинок 16. Строки поставки товару- до 31 грудня 2025 р.</p> <p>Очікувана вартість закупівлі складає: 200 000,00 гривень</p> <p>Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020, а саме методом порівняння ринкових цін, на підставі відкритих даних ринку про ціни на товар з відповідними параметрами з використанням Інтернет - ресурсу та прозоро маркету (який знаходиться у відкритому доступі), проведенням ринкових консультацій, на підставі комерційних пропозицій, а також з урахуванням розміру індексу інфляції в Україні у 2025 році (дана інформація оприлюднена на офіційному сайті Міністерства фінансів України - https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/).</p> <p>Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, було прийнято рішення провести закупівлю саме такого товару.</p>	