

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ**

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** Комунальне некомерційне товариство «Маньківська багатoproфільна лікарня» Маньківської селищної ради Черкаської області, Україна, 20101, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка, вул. Шпитальна, будинок 16, ЄДРПОУ 02005421.

**2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання – 7 найменувань, згідно предмету закупівлі: «Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.»

**3.Вид та ідентифікатор закупівлі:** запит ціни пропозицій, UA-2026-01-22-000481-а.

**4.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.** Очікувана вартість предмета закупівлі: 173200,00 з ПДВ гривень. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами (Очікувана вартість визначена на основі цін, зазначених в інтернет-ресурсах (інтернет-магазини, е-каталог Prozorro Market).

**5.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Назва предмету закупівлі: **Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання – 7 найменувань**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

<b>№</b>	<b>Специфікація</b>	<b>Кількість</b>	<b>Одиниці виміру</b>	<b>Опис характеристики</b>	<b>Значення</b>
1	Тест-набір для визначення Тиреотропний гормон для аналізатора LS-1100	6	штука	Матеріал дослідження	Сироватка, Плазма
				Формат тесту	Тест-касета
				Назва аналізатора	LS-1100
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Маркер, який визначається	Тиреотропний гормон
				Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
				Кількість тест-касет	25 штука
2	Тест-набір для визначення Прокальцитонін (PCT) для аналізатора LS-1100	3	штука	Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
				Формат тесту	Тест-касета
				Назва аналізатора	LS-1100
				Матеріал дослідження	Плазма, Сироватка
				Маркер, який визначається	Прокальцитонін (PCT)
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Кількість тест-касет	25 штука
				Кількість буферу	25 штука
ID картка (чіп)	1 штука				
3	Тест-набір для визначення Вітаміну D для аналізатора LS-1100	6	штука	Назва аналізатора	LS-1100
				Метод аналізу	Імуноаналіз, Флуоресцентний
				Матеріал дослідження	Сироватка, Плазма
				Формат тесту	Тест-касета
				Маркер, який визначається	Вітамін D
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Кількість тест-касет	25 штука

4	Тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100	3	штука	Маркер, який визначається	D-димер
				Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Матеріал дослідження	Плазма
				Формат тесту	Тест-касета
				Назва аналізатора	LS-1100
				Кількість тест-касет	25 штука
5	Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100	10	штука	Матеріал дослідження	Цільна кров
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Маркер, який визначається	Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
				Назва аналізатора	LS-1100
				Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
				Формат тесту	Тест-касета
				Кількість тест-касет	25 штука
6	Тести-набори для роботи на аналізаторах: Кількісний, аналізатор: LS-1100, Маркер: Контроль глікованого гемоглобіну, Картридж, Кількість тест-касет: 1, Метод аналізу: Імуноаналіз, Флуоресцентний, Матеріал дослідження: Сироватка, Кількість буферу: 1	4	штука	Маркер, який визначається	Контроль глікованого гемоглобіну
				Матеріал дослідження	Сироватка
				Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
				Формат тесту	Картридж
				Спосіб аналізу	Кількісний
				Назва аналізатора	LS-1100
				Кількість буферу	від 1 до 1 штука
				Кількість пробірок/наконечників	від 1 до 1 штука
Кількість тест-касет	від 1 до 1 штука				
7	Тести-набори для роботи на аналізаторах: Кількісний, аналізатор:	4	штука	Спосіб аналізу	Кількісний
				Формат тесту	Картридж

LS-1100, Маркер: Тиреотропний гормон, Формат: Картридж, Кількість тест-касет: 1, Імуноаналіз, Флуоресцентний, Матеріал	Метод аналізу	Флуоресцентний, Імуноаналіз
	Назва аналізатора	LS-1100
	Маркер, який визначається	Тиреотропний гормон
	Матеріал дослідження	Сироватка
	Кількість тест-касет	від 1 до 1 штука
	Кількість пробірок/наконечників	від 1 до 1 штука
	Кількість буферу	від 1 до 1 штука

дослідження:

**Термін постачання** — з дати укладання договору по 31.12.2026 р.

**Вимоги до пакування:**

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.

**Ціна** за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження та інших витрат. Поставка товару, розвантаження до місця зберігання Замовника здійснюється персоналом, транспортом і за рахунок Учасника за адресою: Україна, 20101, Черкаська обл., Уманський р-н, селище Маньківка, вул. Шпитальна, будинок 16

Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження товару не є Російська Федерація.

Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Уповноважена особа

Ганна ЗАПОРОЖЕЦЬ